

Ag. 17/2/2020 mod. 05 126 2020



Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

CNPJ: 14.355.640/0001-29

006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**REQUISIÇÃO DE
COMPRAS**

Número da RC
189 / 2020
10100189

Unidade Administrativa Requisitante 006.001.017.000.000
HOSPITAL MUNICIPAL DRº ANDREA C LOP

Data da Requisição
16/06/2020

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.64.01.0164-8	UN	1,000	0,0000	0,00
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. FORNECE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES, TELA: TFT COLORIDA DE 10 POLEGADAS E RESOLUÇÃO: 800 X 600 PIXELS TRAÇADOS UTOMÁT: ATÉ 8 FORMAS DE ONDA, VELOCIDADE DE VARREDURA: 6,25 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S INDICADORES: ALARMES, ALIMENTAÇÃO, BATERIA, BIP DE QRS E ALARME SONORO. POSSUI TELA DE OXICARDIORESPIROGRAMA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM OU SEM FIO À CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; CONECTOR RJ 45, VGA PARA SEGUNDO MONITOR E USB, JANELA SELECIONÁVEL PARA VER OS PARÂMETROS DE OUTRO MONITOR PACIENTE, QUANDO LIGADO EM REDE. TELA SELECIONÁVEL PARA UTOMÁT GRANDES COM SELECIONAMENTO PELO OPERADOR DOS PARÂMETROS NA TELA. TELA SELECIONÁVEL DE MINI TENDÊNCIAS SEM PERDA GRÁFICA E NUMÉRICA EM TEMPO REAL. TELA PARA REVER EVENTOS COM CURVAS SALVAS, SOFTWARE DE CALCULO DE DROGAS, HEMODINÂMICOS, OXIGENAÇÃO E ATIVIDADES RENAI. BATERIA: INTERNA DE LÍCIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 240 MINUTOS EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, TEMPO DE TENDÊNCIA UTOMÁ: 96 HORAS, ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1000 MEDIDAS DE PNI E 1000 ALARMES, ALARMES SONORO E VISUAL SELECIONÁVEIS COM NO MÍNIMO 3 NIVEIS DE SONS E 2 DE CORES, POSSIBILIDADE DE REGISTRADOR EMBUTIDO TÉRMICO DE 3 CANAIS, ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC UTOMÁTICO, ECG DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V FORMA DE ONDA DE ECG: 2 CANAIS E TELA MULTIDERIVAÇÕES COM TODAS AS DERIVAÇÕES DISPONÍVEIS, FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM; RESOLUÇÃO: 1 BPM; ISOLAMENTO CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROCIÚRGICA E DESFIBRILAÇÃO; COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO, DETECÇÃO DO SEGMENTO ST, E ANÁLISE DE ARRITMIA; RESPIRAÇÃO MÉTODO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO: 0 A 150 RPM, ALARME DE APNÉIA AJUSTÁVEL; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) MÉTODO: OSCILOMÉTRICO MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO, CONTÍNUO (STAT) TIPOS DE MEDIDA: PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO, ACOMPANHA 01 TUBO EXTENSÃO PNI, 01 BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIDA: 0 A 50 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C, SPO2 FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 250 BPM, ACOMPANHA 01 SENSOR ADULTO, PESO MÁXIMO DE 4,0 KG					

Tipo de Custo Exercício **Estimativa de Custo Total** 0,00

Local de Entrega PÇ : JOSE VALENTIM LOPES Nº 02
Bairro CENTRO

Número 02
CEP 29490-000

Dotação **Elemento da Despesa**

ento 001.001 RECURSOS PROPRIOS

Observação e ou Exigencias Mínimas

Fonte de Recursos/Convênio

RECURSOS PROPRIOS ou COVID-19

Aplicação do Material

Justificamos a necessidade da aquisição de um Monitor Multiparamétrico em carater "EMERGENCIAL" para atender a organização de uma sala de emergência específica para atendimento emergencial de pacientes suspeitos e confirmados de contágio com COVID-19. Resslatamos a importância de organizarmos uma sala de emergência exclusiva para estes pacientes e evitar a contaminação de outros pacientes.

Secretário

/ /2020

Ordenador de Despesa

/ /2020