



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	1.18.01.0440-1	UN	1	BALDE A PEDAL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS	120,0000
02	1.64.01.0132-0	UN	1	MESA DE EXAMES: EM ESTRUTURA TUBULAR DE 1 1/4 " PINTADO; CABECEIRA RECLINÁVEL; LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E COURVIN LAVÁVEL; COM SUPORTE PARA LENÇOL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80 X 0,65 X 0,80 CM.	1.350,0000
03	1.64.01.0157-5	UN	1	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL PARA MEDICAMENTOS OU AGENTES TERAPÊUTICOS E NUTRIÇÃO - POSSUI ALARMES SONOROS E AUDIOVISUAIS QUE INDICAM FLUXO LIVRE, BATERIA BAIXA, BATERIA MUITO BAIXA, AR NA LINHA, FALHA DO GOTEJADOR, EQUIPO INCORRETO, OCLUSÃO, PORTA ABERTA, FIM DE INFUSÃO, KVO, EQUIPAMENTO PARADO.  Características: - EQUIPO: UNIVERSAL - Mecanismo peristáltico rotativo; - Programação: ml/h x volume limite e/ou tempo x volume limite; - Alimentação automática: 90V a 230V; - Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 6 horas à 25 ml/h; - Fluxo de infusão programável: 0,1 à 1.000 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h; - Volume programável: 0,1 a 9999 ml com incrementos de 0,1 ml; - Taxa de Bolus programável: 300 a 750 ml/h; - Volume de Bolus: 3 a 15 ml; - Função `Keep Vein Open`, programável 1 a 5ml/h, com incrementos de 0,1 ml/h; - Memória da última infusão; - Titulação e ajuste do volume de alarme; - Alarmes sonoros e audiovisuais que indicam: fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha do gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado; - Peso: 2,26 kg (com bateria); - Dimensões: 127mm x 225mm x 190 mm.	5.000,0000
04	1.64.01.0161-3	UN	1	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MACÂNICA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28, ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 E CABECEIRA/PESEIRA EM POLIURETANO/SIMILAR	5.000,0000
05	1.64.01.0162-1	UN	2	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA, COM	4.000,0000



## ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
				RODÍZIOS, COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 E CABECEIRA/PESEIRA EM POLIURETANO/SIMILAR	
06	1.64.01.0163-0	UN	1	BANQUETA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS E ASSENTO GIRATÓRIO	500,0000