



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
01	1.33.01.0710-9	UN	1	<p>OXIMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO; Equipamento destinado para verificação da SpO2 e Frequência Cardíaca,. Utilização: Adulto e infantil (p/ crianças a partir de 01 ano).</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modelo compacto e portátil – pesa 28g sem pilhas;• Rápida Leitura: visor dual color (OLED), com 10 níveis de brilho ajustável;• Operação com um botão apenas;• Informa o nível de bateria fraca no painel;• O painel apresenta: SpO2, Fc,• Desliga automático após retirar o dedo;• Painel apresenta seis modos de exibição para as informações. <p>Acessórios que acompanham o equipamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Duas pilhas alcalinas tipo AAA;• Tira de suporte para pendurar no pescoço;• Estojo flexível para armazenamento e transporte seguro.	2.500,0000
02	1.64.01.0164-8	UN	1	<p>MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. FORNECE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES, TELA: TFT COLORIDA DE 10 POLEGADAS E RESOLUÇÃO: 800 X 600 PIXELS TRAÇADOS UTOMÁT: ATÉ 8 FORMAS DE ONDA, VELOCIDADE DE VARREDURA: 6,25 MM/S, 12,5 MM/S, 25 MM/S E 50 MM/S INDICADORES: ALARMES, ALIMENTAÇÃO, BATERIA, BIP DE QRS E ALARME SONORO. POSSUI TELA DE OXICARDIORESPIROGRAMA, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM OU SEM FIO À CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; CONECTOR RJ 45, VGA PARA SEGUNDO MONITOR E USB, JANELA SELECIONÁVEL PARA VER OS PARÂMETROS DE OUTRO MONITOR PACIENTE, QUANDO LIGADO EM REDE. TELA SELECIONÁVEL PARA UTOMÁT GRANDES COM SELECIONAMENTO PELO OPERADOR DOS PARÂMETROS NA TELA. TELA SELECIONÁVEL DE MINI TENDÊNCIAS SEM PERDA GRÁFICA E NUMÉRICA EM TEMPO REAL. TELA PARA REVER EVENTOS COM CURVAS SALVAS, SOFTWARE DE CALCULO DE DROGAS, HEMODINÂMICOS, OXIGENAÇÃO E ATIVIDADES RENAIIS. BATERIA: INTERNA DE LÍTIU RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 240 MINUTOS EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, TEMPO DE TENDÊNCIA UTOMÁT: 96 HORAS, ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 1000 MEDIDAS DE PNI E 1000 ALARMES, ALARMES SONORO E VISUAL SELECIONÁVEIS COM NO MÍNIMO 3 NIVEIS DE SONS E 2 DE CORES, POSSIBILIDADE DE REGISTRADOR EMBUTIDO TÉRMICO DE 3 CANAIS, ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC UTOMÁTICO, ECG DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V FORMA DE ONDA DE ECG: 2 CANAIS E TELA MULTIDERIVAÇÕES COM TODAS AS DERIVAÇÕES DISPONÍVEIS, FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 A 300 BPM; RESOLUÇÃO: 1 BPM; ISOLAMENTO CONTRA INTERFERÊNCIA ELETROCIRÚRGICA E</p>	8.243,0000



ANEXO I

Segue a descrição dos produtos a serem adquiridos:

Item	Código	Unidade	Qtde.	Descrição	Valor médio pesquisado no mercado
				DEFIBRILAÇÃO; COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO, DETECÇÃO DO SEGMENTO ST, E ANÁLISE DE ARRITMIA; RESPIRAÇÃO MÉTODO: IMPEDÂNCIA TORÁCICA FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATO: 0 A 150 RPM, ALARME DE APNÉIA AJUSTÁVEL; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) MÉTODO: OSCILOMÉTRICO MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO, CONTÍNUO (STAT) TIPOS DE MEDIDA: PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA, PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA, PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO, ACOMPANHA 01 TUBO EXTENSÃO PNI, 01 BRAÇADEIRA ADULTO; TEMPERATURA, FAIXA DE MEDIDA: 0 A 50 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C, SPO2 FAIXA DE MEDIDA: 0 A 100%, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE PULSO: 20 A 250 BPM, ACOMPANHA 01 SENSOR ADULTO, PESO MÁXIMO DE 4,0 KG	
03	1.64.01.0165-6	UN	3	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, EXTRUTURA FIXA, APOIO DE BRAÇO E PÉS, CAPACIDADE ATÉ 100 KG COM COLETOR	500,0000
04	1.64.01.0166-4	UN	2	CADEIRA DE RODAS ADULTO CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉ REMOVÍVEL E COM ELEVÇÃO DE PERNAS	1.100,0000
05	1.66.01.0025-6	UN	1	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, 03 QUEIMADORES SIMPLES, 03 DUPLOS, PORTA PANEAS E BOTÕES FIXOS.	1.500,0000
06	1.66.01.0026-4	UN	1	FREEZER COMUM TIPO HORIZONTAL 01 PORTA DE ATÉ 200 LITROS	1.600,0000
07	1.84.01.0057-2	UN	4	CAMA DE MADEIRA COM COLCHÃO	600,0000